

**CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N.º 18001868**

Página 1 de 2

**Cliente:** PENSU EXACTU COMÉRCIO E SERVIÇOS  
DE EQUIPAMENTOS METROLÓGICOS LTDA.  
**Endereço:** Rua Batista Pessine, 1096 Curitiba - PR

**1 IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL**

**Nome:** Conjunto com 23 (vinte e três) pesos-padrão  
**Fabricante:** Não identificado.  
**Identificação:** EPE-093  
**Valor Nominal:** 1 mg a 500 g

**2 MÉTODO UTILIZADO****2.1 Descrição**

A calibração do(s) peso(s)-padrão foi realizada com peso(s)-padrão de trabalho, através do método da comparação direta.

**2.2 Instrução de Trabalho Aplicada**

Instrução de trabalho IT - 509.00.202 Rev. 00 de 22/11/2015.

**2.3 Condições Ambientais**

**Temperatura Ambiente:**  $(20,0 \pm 2,0) ^\circ\text{C}$   
**Umidade Relativa:**  $(50 \pm 15) \%$   
**Pressão Atmosférica:**  $(920,5 \pm 0,6) \text{ hPa}$

**3 Padrões Utilizados**


Padrão de trabalho LAMP 202 - certificado de calibração n.º MA 033\_10\_17 PADRÃO BALANÇAS de 25/09/2017, com validade de 3 anos.

Este certificado atende aos requisitos de acreditação da CGCRE, o qual avaliou a competência de medição do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao instrumento submetido à calibração nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.

Data da Calibração: 19/04/2018

Data do Certificado: 23/04/2018

Signatário Autorizado

  
João Antonio P. V. de Lima

A reprodução deste certificado só poderá ser integral.

